

- Poslovanje NZZJZ dr. Andrija Štampar je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01) od 14. svibnja 2014. godine. Od srpnja 2016. Zavod ima certifikat OHSAS 18001 (CRO20199S).
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-322-01/16-01/59, Ur. broj: 525-10/1308-17-5 od 7. veljače 2017. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravlja Klasa:UP/I-541-02/13-01/17, Ur.Broj: 525-10/1308-15-10 od 12. lipnja 2015. godine.
- Referentni laboratorij za određivanje mikotoksina prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-310-26/13-01/56, Ur. broj 525-10/1307-14-7 od 18. ožujka 2014. godine.
- Referentni centar Ministarstva zdravlja za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane; UP/I-510-01/15-01/31; Ur. broj: 534-04-1-2/7-16-14 od 14. srpnja 2016. godine.

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 05401 01058/17

Kupac FERRO - TERM D.O.O.
DONJI STUPNIK, GOSPODARSKA 17

Datum: 17.01.2018.

OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/17-02/448
Ur. broj 381-5-2/3-17-07

Naziv uzorka: **MIJEŠALICA DOLPHIN ZA KADU 72100**
Vrsta uzorka: Predmeti opće uporabe
Vrijeme dostave: 15.12.2017. 15:30
Analiza započeta 15.12.2017. 15:30 Analiza završena: 16.01.2018. 14:03
Razlog zahtjeva: Zdravstvena ispravnost
Tip dostave: Dostavljeno
Uzorkovatelj FERRO - TERM D.O.O.

Dostaviti: 1. FERRO - TERM D.O.O., Hrvatska, DONJI STUPNIK, GOSPODARSKA 17


OPIS UZORKA:

Dostavljeni uzorak je MIJEŠALICA DOLPHIN ZA KADU 72100 .
Uvoznik: Ferro-Term d.o.o., Gospodarska ulica 17, Donji Stupnik
Feroterm code: N11139
Bar code: 3856019500775

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Analizirani uzorak obzirom na ispitane parametre sukladan je čl.20 stavak 1 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N.N.125/09, N.N.31/11), te se u smislu čl.4 Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 39/13, N.N.47/14) i Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13, 14/14, 65/15) smatra zdravstveno ispravnim.

Voditelj Odjela
Prof. dr. sc. Jasna Bošnjir dipl. ing.



Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

MDK*** maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 17.01.2018.

Kupac: FERO - TERM D.O.O., DONJI STUPNIK, GOSPODARSKA 17

Naziv uzorka: MIJEŠALICA DOLPHIN ZA KADU 72100

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 15.12.2017. 15:30

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 05401 01058/17

Laboratorij za predmete koji dolaze u kontakt s hranom					
Analiza započeta: 15.12.2017. 15:30			Analiza završena: 16.01.2018. 14:03		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Olovo (Pb)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	9,6	10
Krom (Cr)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	< 1	50
Nikal (Ni)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L ⁻¹	12,7	20
Bakar (Cu)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	mg L ⁻¹	0,14	2
Senzorska svojstva	-	-	-	Mješalica je bez stranih mirisa, a voda za piće stajanjem u slavini tijekom četiri sata je normalnih senzorskih svojstava.	
Ispitivanje je provedeno naizmjeničnim otjecanjem i stajanjem vodovodne vode tijekom 4 sata, pri temp.od 22°C.					

Voditelj Odjela
Prof. dr. sc. Jasna Bošnjir dipl. ing.




Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.